

# 上海市环境保护局

沪环保函〔2018〕46号

## 上海市环境保护局关于日立分析仪器（上海） 有限公司 LAB-X5000 型 X 射线荧光光谱仪 实行豁免管理的复函

日立分析仪器（上海）有限公司：

你公司《日立分析仪器 LAB-X5000 型 X 射线荧光光谱仪申请豁免认定申请报告》收悉，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关规定和专家评审意见，经研究，函复如下：

一、同意你公司生产、销售的 LAB-X5000 型 X 射线荧光光谱仪（最大管电压为 30kV，最大管电流 0.75mA）的使用实行豁免管理。

二、使用上述仪器的单位可以免于办理辐射安全许可证。

三、你公司应健全相关制度，建立销售台帐并定期报送当地环保部门。



# 土壤修复技术规范

编号: 18/05 日期: 2018.05.01

(土壤) 修复技术规范

本标准规定了土壤修复技术规范

仅供利博斯销售使用

抄送: 生态环境部。