

上海市环境保护局文件

沪环保辐〔2013〕313号

上海市环境保护局关于牛津仪器（上海）有限公司 X—Strata920X 射线测厚仪实行豁免管理的复函

牛津仪器（上海）有限公司：

你公司《关于 X-Strata920X 射线测厚仪申请辐射豁免的请示》收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关规定和专家评审意见，经研究，函复如下：

一、同意你公司生产和销售的 X-Strata920 X 射线测厚仪（管电压 50KV,管电流 1mA）的使用实行豁免管理。

二、使用上述仪器的可以免于办理辐射安全许可证。

三、你公司应健全相关制度，建立销售台帐，确保辐射环境安全。

特此函复。

上海市环境保护局

上海市环境保护局

2013年7月26日



仅供利博斯销售使用

抄送：环境保护部。

上海市环境保护局办公室

2013年7月30日印发